



Број:14-5-2-16-4-1415-13/17
Источно Сарајево, 04.12.2017. године

На основу члана 69. став (1) тачка б), став (2) тачка д), члана 70. ст. (1), (4) и (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), Препоруке о поништењу поступка јавне набавке број: 14-5-2-16-4-1415-12/17 од 04.12.2017. године (у даљем тексту: Препорука) у поступку јавне набавке лабораторијских дигестора, путем отвореног поступка, замјеник директора Агенције за форензичка испитивања и вјештачења (у даљем тексту: Агенција) доноси

О Д Л У К У **о поништењу поступка набавке**

Члан 1.

Прихвата се Препорука те се поништава поступак набавке лабораторијских дигестора јер ниједна од примљених понуда није прихватљива.

Члан 2.

Ова одлука објавиће се на веб страници Агенције (www.afiv.gov.ba), а истовремено ће се упутити понуђачима који су учествовали у поступку, у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 3.

За извршење ове одлуке задужује се Сектор за администрацију, финансије и аналитичко-информатичке послове.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

О б р а з л о ж е њ е

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о набавци лабораторијских дигестора број: 14-5-2-16-4-1415-1/17 од 09.11.2017. године.

Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка.
Обавјештење о набавци број: 150-1-1-74-3-20/17 послато је на објаву на портал јавних набавки 16.11.2017. године, те сажетак обавјештења о набавци објављен у Службеном гласнику БиХ број 84/17 од 24.11.2017. године.
Крајњи рок за пријем понуда одређен је за 04.12.2017. године до 12.30 часова.

Комисија за набавку именована је Одлуком број: 14-5-2-16-4-1415-6/17 од 01.12.2017. године.

Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) доставила је замјенику директора Агенције Записник о прегледу и оцјени понуда број: 14-5-2-16-4-1415-11/17 од 04.12.2017. године и Препоруку.

Комисија је благовремено и правилно извршила отварање, преглед и оцјену пристиглих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је констатовано сљедеће:

1. да је укупан број пристиглих понуда једна
2. да је благовремено запримљена једна понуда
3. да није било неблаговремено запримљених понуда
4. да цијене понуда изгледају као у Табели 1.

Табела 1

Ред. број	Назив понуђача	Цијена понуде без урачунаог ПДВ-а и попушта у КМ	Понуђени попуст	Цијена понуде са укљученим попустом без ПДВ-а у КМ	Цијена понуде са укљученим попустом и ПДВ-ом у КМ
1.	„Arical“ d.o.o. Сарајево	107.012,00	-	107.012,00	125.204,04

5. да је Комисија је прегледом понуда за набавку лабораторијских дигестора понуду понуђача „Arical“ d.o.o. Сарајево оцјенила неприхватљиву. Понуђач је доставио све квалификационе документе тражене тендерском документацијом али је прегледом техничких карактеристика понуђених роба утврдила сљедеће:

1. за ставку 1. Лабораторијски дигестор I:
 - висина одступа од тражене и дате су двије различите вриједности (позиција 1. наше техничке спецификације),
 - не види се да понуђени уређај посједује кутију са осигурачима и сигурносну склопку за мотор за вентилацију (позиција 8. наше техничке спецификације),
 - димензије подпултног кабинета нису у складу са траженим (позиција 10. наше техничке спецификације),
 - не види се ниво отпорности радне површине (минимална хемијска и термичка отпорност),
2. за ставку 2. Лабораторијски дигестор II:
 - не види се да понуђени уређај посједује кутију са осигурачима и сигурносну склопку за мотор за вентилацију,
 - не види се ниво отпорности радне површине (минимална хемијска и термичка отпорност),
3. за ставку 3. Мобилна флексибилна рука за екстракцију ваздуха:
 - не види се максимална дужина флексибилне руке када је скроз извучена,
 - не види се могућност монтирања на зид посредством зидног носача који би се монтирао у врху бетонског стуба, са конзолом не већом од 28 cm, рачунајући и ширину носача или пречник крутог цријева којег конзола носи и које је дужине минимално 1200 mm, а проток ваздуха би одлазио у плафон путем разведеног система PVC цијеви, као ни дужина конзолног носача,

- не види се да флексибилна рука има мотор којим се исисава ваздух, да је мотор ex proof изведбе, да има прикључак на електричну енергију напона 220 V,
- могућност исисавања ваздуха понуђеног уређаја није у складу са траженим.

6. Комисија је напоменула да је вриједност понуде већа од процијењене вриједности за ову набавку.

У поступку оцјеневеденог поступка, замјеник директора Агенције није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке, те је Одлука о поништењу поступка донесена у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине, подзаконским актима и тендерском документацијом.

На основу претходно наведеног, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке у складу са чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама БиХ. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем уговорног органа у писаној форми директно или препорученом поштом на адресу: Агенција за форензичка испитивања и вјештачења, Николе Тесле бб, Источно Сарајево. Жалба се подноси у најмање три примјерка.



ЗАМЈЕНИК ДИРЕКТОРА

Сеад Хашић

Достављено:

1. понуђачима,
2. Сектору за администрацију, финансије и аналитичко-информатичке послове
3. а/а